


校准证书
CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: 21RA040680001

第 1 页共 3 页
Page of客 户 名 称 : 南京君通华江饭店有限责任公司
Name of Customer客 户 地 址 : 南京市鼓楼区中山北路178号
Address of Customer计 量 器 具 名 称 : 数字温度计
Name of Instrument规 格 / 型 号 : TP101
Type/Specification制 造 单 位 : -
Manufacturer出 厂 编 号 : -
Serial No.管 理 编 号 : -
Regulation Number批准人
Approved by 赵广辉职务
Post 工程师核验员
Checked by 黄志章校准员
Calibrated by 吴祖忠委 托 日 期 2021 年 12 月 06 日
Received Date Year Mon Day校 准 日 期 2021 年 12 月 06 日
Calibration Date Year Mon Day签 发 日 期 2021 年 12 月 06 日
Issue Date Year Mon Day地址: 深圳市南山区西丽沙河西路5298号百旺研发大厦1栋11楼1110室
Add: Xili Shahe Road No.5298, Baiwong R&D Centre, Building 1,
11F, room 1110, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
邮编(Post): 518057电话(Tel): 0755-26718332
E-mail: ad@zztest.com.cn
传真(Fax): 0755-26544550
网址(Web): http://www.zztest.com.cn



校准说明

Directions of Calibration

证书编号: 21RA040680001
Certificate NO.

第 2 页 共 3 页
Page of

1. 本证书校准结果只与被校准仪器有关, 带“*”号的校准项目或参数不在本公司实验室认可范围内。

The result reported here in apply only to the equipment, Calibration items or parameter with "*" is beyond the scope of our laboratory accreditation

2. 本次校准的技术依据:

Reference documents for the calibration:

JJF(苏)95-2010《数字温度计校准规范》

3. 本次校准所使用的主要计量标准器具信息:

Major standards of measurement used in the calibration:

器具名称/型号 Description/Model	不确定度或最大允差 或准确度等级 Uncertainty of Measurement or Maximum Permissible Errors	设备编号 Certificate No.	证书号/溯源单位 certificate No/Traceability to	有效日期 Due Date
数字多用表3458A	ACV: $U_{rel}=0.01\%$, $k=2$ ACA: $U_{rel}=0.02\%$, $k=2$ DCA: $U_{rel}=0.005\%$, $k=2$ DCV: $U_{rel}=0.002\%$, $k=2$ OHM: $U_{rel}=0.003\%$, $k=2$	2823A19229	213403733深圳计量院	2022-09-16
智能低温恒温槽(-40~100)℃	$U=0.011^{\circ}\text{C}$, $k=2$	ZZ1069	215519550深圳市计量院	2022-10-25
智能恒温油槽(90~300)℃	$U=0.011^{\circ}\text{C}$, $k=2$	ZZ1070	215519551深圳市计量院	2022-10-25
标准铂电阻温度计WZPB-2	二等	191549	RZD202103633广东省计量院	2023-04-29

4. 校准/检测地点、环境条件

Place and environmental conditions of the calibration/inspection

校准地点: 本公司(热工室)

Operation Location

环境条件: 温度 22.6 °C 相对湿度 58 %

Operation Environment

5. 建议下次校准日期: 2022年12月05日

Next calibration date is recommended

6. 校准结果: 所校准项目符合技术要求/Calibrated project meets technical requirements

Calibration results



校准结果
Result of Calibration

证书编号: 21RA040680001
Certificate No.

第 3 页 共 3 页
Page of

1、外观及各部分相互作用: 正常
Appearance and interreaction: Pass

2、温度示值校准: 单位: (°C)

Temperature Indicating Value Calibration:

校准点 Calibration	标准值 Standard Value	示值 value	误差 error	允差 MPE	结论 P/F
-30	-30.0	-30.2	-0.2	±1.0	P
0	0.0	0.2	+0.2	±1.0	P
20	20.0	19.8	-0.2	±1.0	P
50	50.0	50.3	+0.3	±1.0	P
100	100.0	100.2	+0.2	±1.0	P
200	200.0	200.5	+0.5	±1.0	P
300	300.0	300.4	+0.4	±1.0	P

备注(Notes):

1.本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子k。

The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor k.

温度: $U=0.50^{\circ}\text{C}$ $k=2$

2.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)
(The below is blank)