



测量设备溯源抽查表

编号: 0065-2020-2021

企业名称	东营市金山石油机械制造有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量管理部	布氏硬度计	21110005	HB-3000B	$\pm 2.5\%$ $U_{rel}=1.8\%$, $k=2$	标准金属布氏硬度块: $U_{rel}=1.6\%$, $k=2$	山东深东华计量检测技术有限公司	2021.11.12	√
质量管理部	电子天平	2012090117	FA1004H	$\pm 0.0010g$ $U=(0.04-0.3)mg$, $k=2$	砝码: E2	山东深东华计量检测技术有限公司	2021.03.19	√
质量管理部	游标卡尺	1967	(0-300)mm	$\pm 0.04mm$ $U_{rel}=0.4\%$, $k=2$	卡尺专用量块: 5 等	山东深东华计量检测技术有限公司	2021.03.19	√
质量管理部	便携式里氏硬度计	21110007	HLN160	$\pm 12HLD$ $U_{rel}=1.2\%$, $k=2$	标准里氏硬度块: $U=5HLD$, $k=2$	山东深东华计量检测技术有限公司	2021.11.12	√
质量管理部	电液式万能试验机	150608	WES-600B	$\pm 1\%$ $U_{rel}=0.4\%$, $k=2$	标准测力仪: 0.3 级	山东深东华计量检测技术有限公司	2021.03.19	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由质量管理部负责溯源，测量设备全部委托山东深东华计量检测技术有限公司校准，校准证书由质量管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 12 月 09 日上午~ 2021 年 12 月 09 日下午

审核员签字:

刘复荣

部门代表签字:

孙福成