

测量设备溯源抽查表

编号: 0074-2020-2021

企业名称	德铁轨道交通技术(上海)有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产管理部	钢轨平直度检测仪	K20-180219	RI1000	(0-17)mm ±4mm	±0.03mm	中国计量大学	2021.3.5	✓
"	"	19-200035	RID1000	±4mm	±0.02mm	中国计量大学	2019.12.25	✓
"	快速钢轨校直仪	KSL868	KRA3	1410-1470mm -200-200mm	0.08mm ±20mm	上海中实院	2021.5.6	✓
"	钢轨磨耗仪	ME19-40-017	MAX-RB5	>20mm		上海中实院	2019.6.18	✓
"	温湿度计	1200500312	AS108A	湿度(-40~70)°C 露点(-100~100)°C	±1.80°C ±0.10°C	中国航发南方工业有限公司	2021.11.29	✓

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

经已制定: 该设备的管理确认和校准管理文件。公司质量管理部每年校准。

抽查的设备管理记录符合标准要求

审核日期: 2021年12月1日~12月1日

审核员签字: 李田华

部门代表签字: 刘永

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。