



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表 (07 版)

编号: 1250-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称: 中石油石油研究所								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
油研所	电子秤	FW-1018	6kg	2g/3级	砝码 10mg~10kg	收货院	2021.4.9	✓
"	流量计	FL-17	(1.1~11) Nm³/h	2.5级	气体标准表 1.1~11 Nm³/h	上海计量院	2020.7.23	✓
"	PH计	FS-0096	(0~14.0) ±0.1PH	±0.1PH	标准溶液 昆山恒佳		2021.11.16	✓
"	数显粘度计	FS-0017	1000pa.s	±3%	标准油 18.408 pa.s	油研所	2021.9.2	✓
"	摆杆硬度计	FS-0168	PH5858	摆杆硬度 200g	中研所 0.5%			
				摆杆长度 400mm	中研所 0.5%			
				摆杆行程 250s	中研所 0.5%			
油研所	数显式粘度计	FS-0175	RV1	0~70pa.s ±3%	标准油 18.408 pa.s	油研所	2021.9.2	✓

审核综合意见:
(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

抽查3设备溯源记录: 证书报告、溯源记录。特别是摆杆硬度计, 同社会委托油研所, 检测报告(22083150057) (CO) HAAKE粘度计及粘度计校准规范进行溯源的依据, 都符合要求(标准油)。原始记录, 符合要求。

审核日期: 年月日~月日 2021.12.14

审核员签字: 部门代表签字: 张华

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。