



编号: 1250-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	中石油墨有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产制作部	电子秤	FW-1092	SCS-1/1000kg	1000kg 误差: ±0.2kg (E=2)	砝码 (0.01g) M1 等级	市质量监督检验研究院	2021.4.9	✓
生产制作部	电子秤	FW-1073	TCS-50	50kg III 级合格	砝码 (15-300g) M1 等级	市质量监督检验研究院	2021.4.26	✓
生产制作部	压力计	FY-0395	Y2150BF / (0.1/2.0) MPa	1.6 级合格	0.5 级标准压力计 标准装置	市质量监督检验研究院	2021.11.9	✓
行政事务部	可燃气体检测仪	201901090X 011071/AL-20	DT100-100%LEL	检定合格	可燃气体检测仪 标准装置	市质量监督检验研究院	2021.4.7	✓
生产制作部	流变仪	FS-0017	RV1	相对误差 ±3% ±0.08Pa·s	标准油 5000cP (0~8.118Pa·s) 45℃ 自校准 k=0.5		2021.7.2	✓

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《测量设备控制程序》、《计量溯源管理程序》

公司测量设备自校准, 委托市质量监督检验研究院、市计量测试技术研究院、五洲设备工程有限公司等机构检定/校准。校准/检定证书由生产保障部张华保存。根据抽查情况, 该公司的校准溯源符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 12 月 14 日 ~ 12 月 15 日

审核员签字:

部门代表签字:

张华

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。