



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表 (07 版)

编号: 1250-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	中砂油墨有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	电子秤	FW-4038	AR2140	210g/0.1mg	砝码 1mg-500g	上海衡器厂	2021.3.10	✓
"	电液鼓风干燥箱	HTG-042	UF450	—	温度巡回检测仪	上海衡器厂	2021.4.14	✓
"	称量仪	FS-013	JGT III	0~600g ±4g	砝码 1mg-500g	制造(供)方	2021.4.13	✓
				(见证书)	(见证书)	制造(供)方		
"	移液管	BY-008	50ml	—	纯水 50ml ±0.05 11-02ml	品山恒利	2020.4.6	✓
"	测速仪	FS-0131		见证书	见证书	德国新德意志	2021.1.25	✓
				(见证书)	(见证书)	分析仪器		
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由) 称量仪溯源单位由福伊特制造(中国)有限公司(制造方)进行。福伊特出具了仪器校准报告。公司设备使用方也对溯源出具的证书报告进行了接收。按计量法规定为合格仪器。不限进行溯源时可委托制造方进行溯源。 移液管已报废更新。所以查出的2020年证书。由制造方出具证书让德国新德意志分析仪器公司进行了溯源。出具的证书报告。出具的证书报告。出具的证书报告。出具的证书报告。								
审核日期: 年月日~月日 2021.12.14. 审核员签字: 部门代表签字: 张华								

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。