



测量设备溯源抽查表

编号: 0269-2020-2021

企业名称	北京慧怡科技有限责任公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√/不符合打×
质量部	水表检定装置	2326	XBT-15-25	0.2 级 (最大允许误差 $\pm 0.2\%$)	二等标准金属量器 标准装置: $\pm 2.5 \times 10^{-4}$	北京市计量检测科学研究院	2020.05.08 周期间隔 24 月	√
质量部	水表智能检测台(温度传感器)	16010206	JYM-031	$U=0.2^{\circ}\text{C}, k=2$	标准铂电阻温度计: 一等标准	北京市计量检测科学研究院	2020.05.08 周期间隔 24 月	√
质量部	电子秒表	BJHY-ZR-004	JS-306	$\pm 0.5\text{s/d}$	秒表检定仪: 1×10^{-7}	北京市计量检测科学研究院	2021.08.09	√
质量部	耐振压力表	KC3856-3	0~2.5 MPa	2.5 级	活塞式压力计标准装置: 0.02 级	北京市计量检测科学研究院	2021.08.05	√
质量部	螺纹塞规	8	G1 TB DZ 1 套	$U=0.003\text{mm}, k=2$	螺纹综合测量机: 外尺寸: $MPE: \pm(2.9\mu\text{m}+L/200 \times 10^{-3})$; 内尺寸: $MPE: \pm(3.0\mu\text{m}+L/200 \times 10^{-3})$	北京市计量检测科学研究院	2020.08.16	√
质量部	电磁流量计	D85584	ZY-LDE-200	$126.749\text{m}^3/\text{h}$, $U_{\text{rel}}=0.09\%, k=2$; $256.709\text{m}^3/\text{h}$, $U_{\text{rel}}=0.23\%, k=2$	静态容积法水流量 标准装置: 0.05 级	北京市计量检测科学研究院	2019.12.26 周期间隔 24 月	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《溯源管理控制程序》，企业未建立最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。企业的测量设备全部委托北京市计量检测科学研究院进行检定/校准，检定/校准证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 12 月 01 日上午~2021 年 12 月 02 日上午

审核员签字:

刘复荣

部门代表签字:

尹淑琴