

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: HSF-S-2021120047
Certificate No.

委托单位: 杭州鸿缘实业有限责任公司
Customer

委托者地址: /
Address

计量器具名称: 压力表
Name of Instrument

型号/规格: (0~1.6) MPa
Type/Specification

器具编号: 20210999971
Serial No.

制造单位: 杭州华科仪表有限公司
Manufacturer



批准人: 朱炜 朱炜 技术负责人
Approved by

核验员: 章桢炫 章桢炫
Checked by

校准员: 张田放 张田放
Calibrated by

校准日期: 2021 年 12 月 17 日
Date for Calibrated Year Month Day

地址: 杭州市江干区九华路1号
Address
传真: 0571-86821187
Fax
邮箱: hzhsjcjs@163.com
Email

电话: 0571-86821187
Telephone
邮编: 310019
Post Code

一、计量校准机构备案证书号：（2017）浙量校（杭）S003号
Record Certificate No.（2017）浙量校（杭）S003号

二、本次校准所依据技术规范（代号、名称）：
Reference documents for this calibration (code、name).
参照JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》

三、本次校准所用主要设备：
Main Equipment of measurement used in this calibration.

名称 Name	测量范围 /规格型号 Measurement Rangee /Specification	出厂编号 Device number	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy/Maximum permissible error	溯源机构名称 Name of traceability institution	证书编号 Certificate NO.	有效期至 Valid date to
压力校验仪	(-0.1~2) MPa	XF3Q0719	0.05级	浙江省计量科学 研究院	RG-2021060251 8	2022.06.29

四、校准地点和环境条件：
Location and environmental condition of the calibration.

地点 Location	温度（℃） Temperature	湿度（%RH） Humidity	大气压（kPa） Atmospheric Pressure
杭州市江干区九华路1号8幢316室实验室	18.0	60.0	/

五、校准结果/说明：
Results of calibration and additional explanation.

1. 外观检查： / 零位误差： 紧靠止销 指针偏转平稳性： /
2. 示值校准： MPa

标准器的 压力值	轻敲表壳后被检仪表示值		轻敲位移		最大示值误差	最大回程误差
	升压	降压	升压	降压		
0.4000	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
0.8000	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2000	1.19	1.19	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.6000	1.59	1.59	0.00	0.00	-0.01	0.00

3. 本次示值误差校准结果的测量不确定度： $U=0.0059\text{MPa}$ ， $k=2$

建议在2022年6月16日前进行复校。

【以下空白】
The following blanks