

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: HSF-S-2021120048
Certificate No.

委托单位: 杭州鸿缘实业有限责任公司
Customer

委托者地址: /
Address

计量器具名称: 压力表
Name of Instrument

型号/规格: (0~1.6) MPa
Type/Specification

器具编号: 202110991030
Serial No.

制造单位: 杭州华科仪表有限公司
Manufacturer



批准人: 朱炜 朱炜 技术负责人
Approved by

核验员: 章桢炫 章桢炫
Checked by

校准员: 张田放 张田放
Calibrated by

校准日期: 2021 年 12 月 17 日
Date for Calibrated Year Month Day

地址: 杭州市江干区九华路1号
Address
传真: 0571-86821187
Fax
邮箱: hzhsjcjs@163.com
Email

电话: 0571-86821187
Telephone
邮编: 310019
Post Code

一、计量校准机构备案证书号：（2017）浙量校（杭）S003号
Record Certificate No.（2017）浙量校（杭）S003号

二、本次校准所依据技术规范（代号、名称）：
Reference documents for this calibration (code、name).
参照JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》

三、本次校准所用主要设备：
Main Equipment of measurement used in this calibration.

名称 Name	测量范围 /规格型号 Measurement Rangee /Specification	出厂编号 Device number	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy/Maximum permissible error	溯源机构名称 Name of traceability institution	证书编号 Certificate NO.	有效期至 Valid date to
压力校验仪	(-0.1~2) MPa	XF3Q0719	0.05级	浙江省计量科学 研究院	RG-2021060251 8	2022.06.29

四、校准地点和环境条件：
Location and environmental condition of the calibration.

地点 Location	温度（℃） Temperature	湿度（%RH） Humidity	大气压（kPa） Atmospheric Pressure
杭州市江干区九华路1号8幢316室实验室	18.0	60.0	/

五、校准结果/说明：
Results of calibration and additional explanation.

1. 外观检查： / 零位误差： 紧靠止销 指针偏转平稳性： /
2. 示值校准： MPa

标准器的 压力值	轻敲表壳后被检仪表示值		轻敲位移		最大示值误差	最大回程误差
	升压	降压	升压	降压		
0.4000	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
0.8000	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2000	1.20	1.20	0.00	0.00	0.0	0.0
1.6000	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 本次示值误差校准结果的测量不确定度： $U=0.0059\text{MPa}$ ， $k=2$

建议在2022年6月16日前进行复校。

【以下空白】
The following blanks