



编号: 0256-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	中国石油化工股份有限公司天津分公司	不符合报告编号:	02
受审核部门:	水务部	陪同人员:	李雅晴
不符合事实描述: 查外供后方泡塑和精华芳服新鲜水测量过程, 提供的型号为 WSD100, 编号为 080259944 和编号为 080010484 的冷水表检定证书有效期为 2021 年 6 月 23 日和 2021 年 8 月 18 日。 不符合认证审核准则条款号: _____ 7.3.2 溯源性 _____ 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) _____ 陪同人员(签名) _____ 企业部门代表(签名) _____ 日期: 2021. 12. 22			
纠正措施: 将编号为 080259944 和编号为 080010484 的冷水表送检, 预计检定完成时间 1. 15 日。举一反三, 对所有外供测量设备进行检查确认、送检。 企业部门代表签名: _____ 审核员签名: _____			
纠正措施完成情况: 审核组代表签名: _____ 日期: _____			

可另附页



扫描全能王 创建