



编号：0251-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	水泥细度试验称量过程	被测参数要求(含公差)	最小分度值不大于 0.01g		
被测参数要求识别依据文件		GB/T 1345-2005 《水泥细度检验方法 筛析法》			
计量要求导出方法（可另附） 根据《水泥细度检验方法 筛析法》GB/T 1345-2005 标准第 5.4 条要求，测量设备：天平最小分度值不大于 0.01g 即为计量要求。 测量范围根据 7.1 条规定：80μm 筛析试验称取 25g，45μm 筛析试验称取 10g，故测量范围：（10-25）g。导出测量范围向两边延伸后取整，导出测量范围为：（0-50）g。					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/ 准确度等级/测量不确定度)	校准/检定 证书编号	校准/检定日期
	电 子 天 平 /519520	JA2003 (0-200) g	分度值：0.001g; U=0.004g k=2	HTY2106A3- 00351	2021.06.23
计量验证记录 1、配备天平的分度值为 0.001g，优于标准的要求，验证通过； 2、配备天平的测量范围为（0-200）g，满足（0-50）g 的要求； 经计量要求与计量特性比较，配备设备计量特性均优于导出的计量要求，验证通过。 3、验证合格证书及标识 该电子天平经过计量确认验证合格后，填写计量确认验证记录并粘贴确认标识。 验证结论：☒符合☐有缺陷☐不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年 07 月 04 日					
认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年 12 月 04 日					