



测量设备溯源抽查表

编号: 0251-2020-2021

企业名称	贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
监控测量部	工作用玻璃液体温度计	10040	棒式 (0~100) ℃	MPE: ±1.0℃	标准水银温度计标准装置 $U=0.04^{\circ}\text{C}, k=2$	贵州省计量测试院	检定 2021-10-18	√
工程检测部	微机控制电液伺服压力试验机	LH210620	WYW-600SS	1 级	测力仪标准装置 0.3 级	贵州华通源计量测试有限公司	检定 2021-07-09	√
工程检测部	全站仪	1395552	TS09PLUSI "R500	I 级	全站仪检定装置 长度 $U= (0.14-1.01)\text{mm}, k=2$ 水平角: $\leq 0.3''$ 竖直角 $\leq 0.1''$	贵州华通源计量测试有限公司	检定 2021-11-12	√
试验检测部	水泥比表面积自动测定仪	LIYQ02-018	TBT-9	长度 $U=0.04\text{mm}$ $K=2$	游标深度卡尺 $U=0.04\text{mm}, K=2$ 游标卡尺 MPE: $\pm 0.03\text{mm}$	贵州华通源计量测试有限公司	校准 2021-4-8	√
工程检测部	混凝土回弹仪	18030295	HT225-A	力值 MPE: $\pm 1\text{MPa}$	混凝土回弹仪检定装置 $U_{\text{rel}}=0.8\%, k=2$	贵州华通源计量测试有限公司	检定 2021-10-10	√
质保部	电子天平	519520	JA2003	$U=0.004\text{g}$ $k=2$	砝码 E2 等级	贵州华通源计量测试有限公司	校准 2021-06-23	√
质保部	砝码	020	1mg--500g	F1 等级	毫克组砝码标准装置 E2 等级 克组砝码标准装置 E2 等级	贵州省计量测试院	检定 2021-04-23	√
试验检测部	电子数显游标卡尺	6903432758	(0-200)m m	$U=0.02\text{mm}$ $K=2$	量块 5 等 刀口尺: MPE: $\pm 1.0\mu\text{m}$	贵州华通源计量测试有限公司	校准 2021-10-13	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建立最高计量标准, 测量设备由质保部负责溯源。公司测量设备全部委托贵州省计量测试院、贵州华通源计量测试有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由质保部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 12 月 03 日~12 月 04 日

审核员签字:

左松

部门代表



说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。