



测量设备溯源抽查表

编号: 0173-2020-2021

企业名称	郑州市天宝包装装璜实业公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术中心	电子分析天平	006	QD-3025	MPE: ±0.2g	砝码 M1 级	深圳华科计量检测技术有限公司	2021/8/14	√
技术中心	微电脑程控抗压强度仪	002	QD-3001A	$U_{rel}=0.15\%$ K=2	力传感器 0.03 级 标准测力仪 0.03 级	中国航发南方工业有限公司计量实验室	2021/9/06	√
技术中心	电脑测控纸板戳穿强度仪	001	QD-3007	$U=0.02\%$ K=2	力值砝码 M1 等级	中国航发南方工业有限公司计量实验室	2021/9/6	√
生产部	电接点压力表	HY68591646 601	(0-1.6)MPa	1.6 级	智能数字压力校验仪 0.05 级	方圆检测认证有限公司	2021/7/05	√
生产部	电接点压力表	HY68621544 154	(0-1.6)MPa	1.6 级	智能数字压力校验仪 0.05 级	方圆检测认证有限公司	2021/7/05	√
技术中心	电脑纸箱纸板综合测试仪	005	QD-3000	$U_{rel}=0.15\%$ k=2	力传感器 0.03 级 标准测力仪 0.03 级 数显卡尺 MPE: ±0.01mm	中国航发南方工业有限公司计量实验室	2021/9/06	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》, 公司未建立最高计量标准, 所有测量设备均送中国航发南方工业有限公司计量实验室、深圳华科计量检测技术有限公司、方圆检测认证有限公司等单位校准/检定, 校准/检定机构按《外部供方管理程序》管理, 校准/检定证书由技术中心保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 12 月 05 日

审核员签字:

左校

部门代表签字:

陈素媛

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。