



编号: 1237-2021

不符合项报告

企业名称:	精嘉阀门集团有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 质保部理化室		陪同人员: 匡士标	
不符合事实描述: 查: 质保部理化室现场编号: 5621 半自动冲击试验机未粘贴计量确认合格标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003/6.2.4 标识</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>匡士标</u> 陪同人员(签名) <u>匡士标</u> 企业部门代表(签名) <u>匡士标</u> 日期: 2021.12.16			
纠正措施: 立即组织相关人员对 5621 半自动冲击试验机粘贴计量确认合格标识, 同时举一反三检查其它计量器具是否有类似情况, 如有立即整改。 企业部门代表签名: <u>匡士标</u> 审核员签名: <u>匡士标</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>黄元峰</u> 日期: <u>2021.12.16</u>			

可另附页