





测量设备溯源抽查表

企业名称	广东普拉迪科技股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量中心	内测千分尺	120376208	(25~50)mm	$U=4\mu\text{m}$ $k=2$	量仪测力仪: 0.5 级 内测千分尺专用环规: $U=(0.7+6L)\mu\text{m}$ $k=2$	佛山市质量计量监督检测中心	2021.10.27	√
质量中心	条式水平仪	14711807	ST200-0.02Tb	$U=4\%$ $k=2$	水平仪零位检定器: 垂直度 MPE: 2" 水平仪检定器: MPE: $\pm 6\%$	佛山市质量计量监督检测中心	2021.11.1	√
质量中心	带表卡尺	LE200320	(0~300)mm/0.02mm	$U=0.01\text{mm}$ $k=2$	外径千分尺: MPE: $\pm 4\mu\text{m}$ 塞尺: MPE: $\pm (5\sim 16)\mu\text{m}$ 量块: 四等 3 级 刀口尺: 直线度 MPE: $\leq 1.0\mu\text{m}$	佛山市质量计量监督检测中心	2021.10.29	√
质量中心	绝缘电阻表	10074457	ZC25B-3	10 级	绝缘电阻表检定装置: $U_{\text{rel}}=(0.05\sim 1.5)\%$ $k=2$ 绝缘电阻测试仪: 绝缘电阻: $100\text{k}\Omega\sim 100\text{M}\Omega$, $\pm (3\%+5)$, $100\text{M}\Omega$ 以上: $\pm (5\%+5)$ 电压: $\pm (2\%+3)$ 电阻: $\pm (1\%+3)$	佛山市质量计量监督检测中心	2021.10.26	√
质量中心	量块	L580	(30~1000)mm/12 块	3 等	量块 (600~1000) mm: 2 等, 量块 (125~500) mm: 2 等, 量块 (0.5~100) mm: 0 级	广州计量检测技术研究院	2021.04.15	√



质量中心	激光干涉仪	2VUY14	XL-80	$L = (0.07 + 0.4L) \mu m$ $k=2$	激光干涉比长仪： $L = (0.1 + 0.1L) \mu m$ $k=2$	广东省计量 科学研究院	2021.11.11	√
审核综合意见： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 公司已制定《测量设备管理程序》、《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》，公司未建计量标准，测量设备由质量中心负责溯源并保管证书，公司测量设备委托佛山市质量计量监督检测中心、广州计量检测技术研究院、广东省计量科学研究院检定/校准，根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。								
审核日期：2021 年 12 月 7 日~12 月 8 日								
审核员签字：  部门代表签字： 								

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。