



编号: 1264-2021

## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                               |                |          |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----|
| 企业名称:                                                                                                                                                                                                         | 江苏清幽环保技术服务有限公司 | 不符合报告编号: | 02 |
| 受审核部门: 运维部                                                                                                                                                                                                    |                | 陪同人员: 丁叶 |    |
| 不符合事实描述:<br><br>查见: 一台 AWA6021 型声级计未能提供有效的检定校准证书。<br><br>不符合认证审核准则条款号: 7.3.2 溯源性<br><br>不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合__√__;<br>审核员(签名) <u>  </u> 陪同人员(签名) <u>丁叶</u><br>企业部门代表(签名) <u>樊敏</u><br><br>日期: 2021. 12. 26 |                |          |    |
| 纠正措施:<br><br>1. 对该声级计, 做好标识。联系有资质的检定校准服务机构对其检定校准, 待检定校准后并经验证合格, 更换计量确认标识。<br><br>2. 组织相关人员继续学习标准和体系文件要求, 完善测量设备管理。举一反三, 排查其他测量设备, 避免同类问题再发生。<br><br>企业部门代表签名: <u>樊敏</u> 审核员签名: <u>  </u>                      |                |          |    |
| 纠正措施完成情况:<br><br>纠正措施可行, 验证有效。<br><br>审核组代表签名: <u>  </u> 日期: 2021. 12. 26                                                                                                                                     |                |          |    |

可另附页