



测量设备溯源抽查表

编号: 0292-2020-2021

企业名称	瑞瑶环境科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品质部	电子万能试验机	1406-012	DLD-50kN	1 级	标准测力仪: 0.1 级	安徽省计量科学研究院	2021.04.16	√
品质部	伺服电脑式拉力压力试验机	LG2498	HF-6001	1 级	标准测力仪: 0.1 级	安徽省计量科学研究院	2021.04.16	√
品质部	悬臂梁冲击试验机	1405-004	ZBB-0322	$U=0.16N, k=2$	标准测力仪: 0.1 级 象限倾斜仪: $\pm 40''$ 游标卡尺: $\pm 0.03mm$	安徽省计量科学研究院	2021.04.16	√
品质部	熔体流动速率仪	1405-003	RH-6018	$U=0.4^{\circ}C, k=2$	温度测量装置: $U=0.3^{\circ}C, k=2$	安徽省计量科学研究院	2021.04.29	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托安徽省计量科学研究院进行检定校准，检定校准证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的测量设备检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 12 月 21 日上午~2021 年 12 月 22 日上午

审核员签字: 刘复荣

部门代表签字:

马

2021.12.22