



编号: 0292-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	瑞瑶环境科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品质部		陪同人员: 程多勤	
不符合事实描述: 查品质部实验室现场, 未提供出 2021 年 11 月 22 日至 26 日的环境温湿度记录。 不符合认证审核准则条款号: 6.3.2 环境 不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u> </u> ; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>程多勤</u> 企业部门代表(签名) <u>白易</u> 日期: 2021. 12. 22			
纠正措施: 1. 及时填写实验室环境温湿度记录。 2. 举一反三, 全面检查, 若有类似问题一并整改。 企业部门代表签名: <u>白易</u> 12.22 审核员签名: <u>刘复荣</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施可行</u> 审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: 2021. 12. 22			

可另附页