



测量设备溯源抽查表

编号：0232-2019-2021

企业名称	新乡巴山航空材料有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量安全部	标准热电偶	2011-S1-01	S 型	一等	标准铂铑 10-铂热电阻标准组	国防科技工业第一计量测试研究中心	2021-04-14	√
质量安全部	碳硫分析仪	YRCS08333	CS-320	$U_{rel}=3.2\%$ $K=2$	工业纯铁标准物质 $C:S=0.001\%$ $S:S=0.001\%$	国防科技工业 4112 二级计量站	2021-06-11	√
拉丝分厂	微机控制电子万能试验机	10508001	CMT6103	0.5 级	标准测力仪 0.1 级	国防科技工业 4112 二级计量站	2021-06-10	√
螺套分厂	影像测量仪	V21A20996	VMA2515	$U=0.7\mu m$ $K=2$	标准玻璃线纹尺 2 等	国防科技工业 4112 二级计量站	2021-06-09	√
滤器分厂	内径量表	LS22026	(250~450) mm	$U=4.2\mu m$ $k=2$	百分表检定仪 $MPE: \pm 4\mu m$	新乡巴山航空材料有限公司计量室	2021-05-16	√
质量安全部	接触式干涉仪	851020	——	$U=0.03\mu m$ $K=2$	量块 2 等	国防科技工业 4112 二级计量站	2021-04-27	√
螺套分厂	杠杆千分尺	LS11053	(0~25) mm	$U=0.2\mu m$ $k=2$	量块 4 等	新乡巴山航空材料有限公司计量室	2021-06-09	√

审核综合意见：

（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）

公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司已建最高计量标准 12 项，最高计量标准器三等量块标准装置等 12 项有效期全部为 2025 年 9 月 25 日，均在有效期内（发证单位河南省国防计量考评办公室）。测量设备由质量安全部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托国防科技工业 4112 二级计量站、国防科技工业第一计量测试研究中心等机构检定/校准，校准/检定证书由质量安全部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2021 年 12 月 16 日~12 月 17 日

审核员签字：

李毅

部门代表签字：

李功哲

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。