



测量设备溯源抽查表

编号：0108-2018-2021

企业名称	白银有色集团股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
检测控制中心	电子地上衡	B812569380	SCS-5	III级	砝码 M12、M2 等级	白银有色集团股份有限公司检测控制中心	2021.11.20	√
第三冶炼厂	电子天平	175619	LD5100-1	MPE: $\pm 1.5e$	砝码 E2 等级 F1 等级	白银有色集团股份有限公司检测控制中心	2021.08.03	√
检测控制中心	轨道衡	5#	GGT-150	III级	检衡车 $\pm 1.5 \times 10^{-4}$	国家轨道衡计量站兰州分站	2021.11.24	√
西北铅锌冶炼厂	压力校验仪	1987409	CPC-2000	0.05 级	数字式压力计检定装置 0.01 级	江苏省计量科学研究院	2021.07.06	√
西北铅锌冶炼厂（空压站）	压力表	7153	Y60 (0~1.6)MPa	2.5 级	压力校验仪 0.05 级	白银有色集团股份有限公司检测控制中心	2021.10.22	√
铜业公司	超声流量计	18240018	FLORSNGQD	1.0 级	临界流喷嘴 气体流量标准装置 $U_{rel}=0.3\%$ $k=2$	华北国家计量测试中心	2021.06.25	√
铜业公司	电导率仪	611417NO1 19040090	DDSL-30BF	$U_{rel}=0.4\%$ $k=2$	氯化钾电导率溶液标准物质 $U_{rel}=0.25\%$ $k=2$	甘肃省计量研究院	2021.12.01	√
动力公司	频率计	121310	D3-Hz	0.2 级	CL302C 交直流仪表检定装置 0.05 级	白银有色集团股份有限公司检测控制中心	2021.10.22	√

审核综合意见：

（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司已建立最高计量标准 23 项，内部授权强制检定 12 项。授权证书均在有效期内。测量设备由检测控制中心负责溯源。公司测量设备除自检外其它测量设备均委外送检到甘肃省计量研究院、国家轨道衡计量站兰州分站、华北国家计量测试中心、江苏省计量科学研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由检测控制中心保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2021 年 12 月 23 日~ 12 月 24 日

审核员签字：

杨毅

部门代表签字：

李睿

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。