



测量设备溯源抽查表

编号: 0268-2020-2021

企业名称	深圳市紫光照明技术股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
宝安分公司	接地电阻测试仪	G788-119-028	LK2678BX	$U_{rel}=0.6\%, k=2$	数字多用表: DCU: $\pm 0.035\%$, ACU: $\pm 0.06\%$, DCI: $\pm 0.05\%$, ACI: $\pm 0.1\%$, DCR: $\pm 0.01\%$ 分流器/FL-27(50A) 0.05 级 多功能校准器/5520A DCU: $\pm 0.0011\%$, ACU: $\pm 0.012\%$, DCI: $\pm 0.01\%$, ACI: $\pm 0.04\%$, DCR: $\pm 0.028\%$ 数字式三用表校验仪/DO30-E DCU: $\pm 0.05\%$, ACU: $\pm 0.1\%$, DCI: $\pm 0.1\%$, ACI: $\pm 0.1\%$, DCR: $\pm 0.1\%$	深圳广测检测技术有限公司	2021-04-10	√
宝安分公司	交流耐电压测试仪	2109643	LK2670A	MPE: $\pm 5\%$	数字多用表/287C: DCU: $\pm 0.025\%$ ACU: $\pm 0.3\%$ DCI: $\pm 0.05\%$, ACI: $\pm 0.6\%$, DRC: $\pm 0.05\%$ 耐电压校验装置/CC2040: $\pm 1\%$ 秒表: $\pm 0.1s$	深圳广测检测技术有限公司	2021.4.11	√
宝安分公司	绝缘耐压测试仪	C122-0816-004	LK7122	MPE: $\pm 5\%$	数字多用表: DCU: $\pm 0.035\%$, ACU: $\pm 0.06\%$ DCI: $\pm 0.05\%$, ACI: $\pm 0.1\%$ 耐电压校验装置/CC2040 $\pm 1\%$ 秒表/HS-70W $\pm 0.10s$ 可调式高阻箱/ZX119-8: 0.2 级	深圳广测检测技术有限公司	2021-04-10	√
宝安分公司	数显卡尺	102388	(0-300)mm	MPE $\pm 0.04mm$	量块(10~291.8): 4 等 (10~100): 4 等 刀口形直尺/75mm 直线度: $\leq 1\mu m$ 数显外径千分尺 (0~25) mm $\pm 2\mu m$	深圳广测检测技术有限公司	2021.4.11	√
技术开发部	外径千分尺	--	(0~25)mm	MPE $\pm 4 \mu m$	量块: 4 等 平面平晶: 1 级	深圳广测检测技术有限公司	2021.4.11	√
技术开发部	电子秤	20160314260	JCS-AH	$U=0.003kg, k=2$	砝码 (20kg~1kg) F ₁ 等级 砝码/1mg~2kg F ₁ 等级	深圳广测检测技术有限公司	2021.4.10	√
智能照明开发部	数字照度计	2014129957	1332A	MPE $\pm 8\%$	光度计量检定系统: $U_{rel}=1.2\%, k=2$	深圳广测检测技术有限公司	2021.4.11	√

审核综合意见

公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由实验室负责溯源。公司测量设备委托深圳广测检测技术有限公司检定/校准，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》选择并评价，校准/检定证书由实验室保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 12 月 23 日~12 月 24 日

审核员签字:

邵柏臣

部门代表签字:

杨海林

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。