



编号: 0268-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	深圳市紫光照明技术股份有限公司	不符合报告编号:	20211224
受审核部门: 宝安分公司实验室		陪同人员: 陈春艳	
不符合事实描述: 宝安分公司实验室编号为 XM00782, 型号为 XM-MMC001 的模拟运输振动试验机, 已停用, 但未能提供该测量设备的处置记录。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 8.3.3 不合格测量设备 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) <u>邵相臣</u> 陪同人员(签名) <u>陈春艳</u> 企业部门代表(签名) <u>杨海林</u> 日期: 2021 年 12 月 24 日			
纠正措施: 按文件要求将编号为 XM00782 的模拟运输振动试验机申报停用并检查其他停用设备是否所有过要求。 企业部门代表签名: <u>杨海林</u> 审核员签名: <u>邵相臣</u>			
纠正措施完成情况: 措施验证有效, 同意关闭 审核组代表签名: <u>张福佳</u> 日期: 2021.12.27			

可另附页

深圳市紫光照明技术股份有限公司

测量设备退货、停用（重新启用）、降级、报废审批表

所属单位：

编号：GW-MM-F-6.3.1/08

测量设备名称	模拟运输振动试验机	使用部门	宝安分公司实验室
测量设备编号	XM00782	状态变更	☐ 退货 ☒ 停用 ☐ 重新启用 ☐ 降级 ☐ 报废
状态变更原因： IT搬迁后设备未维护，暂时没有投入使用。设备管 理员未能及时维护，故设备暂停使用。			
申请/日期	何永 2021.12.25		审批/日期 杨海林 2021.12.25
备注			

说明：1、本记录由宝安分公司填写，一式两份，使用部门和宝安分公司各存一份。

2、本记录由宝安分公司归口管理，保存期为1年。