



测量设备溯源抽查表



编号: 0125-2017-2021

企业名称	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检计量中心	石油产品闭口闪点测定仪	1038894	35000-0U	$t=0.4^{\circ}\text{C}, k=2$	温湿度试验设备自动鉴定系统 MPE: $\pm 0.03\%\text{FS}$	宁夏计量质量检验检测研究院	2020.07.06 (校准周期 24 月)	√
质检计量中心	电子天平	1231090262	MS304S/02	①级	砝码 E2 等级	宁夏计量质量检验检测研究院	2021.07.12	√
烯烃二分公司	定量包装秤	CE15111-WCL BA-1	LCS-25-DL	III级	砝码 M1 等级	宁夏计量质量检验检测研究院	2021.08.31	√
甲醇分公司	电磁流量计	202005027	TWLD-YE/G /1V/HC/80 /A/MH(D80)	1.5 级	标准表法水流量标准装置 $U_{rel}=0.2\%, k=2$	宁夏睿星力衡计量检测中心	2020.06.10 (检定周期 24 月)	√
甲醇分公司	质量流量计	14151437	F300S355C CAZMZ1ZZ(DN80)	0.5 级	静态质量法水流量标准装置 $U_{rel}=0.05\%, k=2$	宁夏睿星力衡计量检测中心	2021 年 6 月 10 日	√
烯烃一分公司	不锈钢压力表	210450395	Y-100B	1.6 级	精密压力表 0.25 级	宁夏煤业煤制油化工质检计量中心	2021 年 9 月 26 日(检定周期 6 月)	√
烯烃一分公司	不锈钢压力表	210450402	Y-100B	1.6 级	精密压力表 0.25 级	宁夏煤业煤制油化工质检计量中心	2021 年 9 月 26 日(检定周期 6 月)	√
煤制油分公司	电子汽车衡	20180305	S/ZCS150	III级	砝码 M1 等级	宁夏计量质量检验检测研究院	2021.03.03	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》。公司共建立了 16 项企业最高计量标准, 测量设备除自检外全部委托宁夏计量质量检验检测研究院、宁夏睿星力衡计量检测中心等机构检定/校准, 校准/检定证书由各分公司保存。现场抽查 8 台件测量设备的检定校准证书, 根据抽查情况, 该公司的脚钉校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 12 月 16 日~12 月 18 日

审核员签字:  部门代表签字: 

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。