



编号: 0002-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	安徽三地测绘有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 总经办		陪同人员: 倪美霞	
不符合事实描述: 查总经办, 未提供出对规格型号为 NTS-332R¹、出厂编号为 144440 的全站仪的供应商“合肥熠星测量仪器有限公司”的持续评价资料。 不符合认证审核准则条款号: 6.4 外部供方 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合√; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>倪美霞</u> 企业部门代表(签名) <u>程飘飘</u> 日期: 2021 年 12 月 20 日			
纠正措施: 1、立即对合肥熠星测量仪器有限公司进行供方评价。 2、全面检查若有类似问题一并解决。 企业部门代表签名: <u>程飘飘</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施可行</u> 审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: <u>2021年12月20日</u>			

可另附页