



企业名称:	沧州中渤重工机械装备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 陈朋	
不符合事实描述: 查实验室现场出厂编号为 19092918, 型号规格为 WDS-50E 的“电子式万能试验机”, 粘贴“停用标识”, 查看《测量设备停用申请书》该设备已于 2021 年 10 月 20 日停用。查测量设备台账中该设备的管理状态标注为“在用”, 台账管理状态信息未及时更新。			
不符合认证审核准则条款号: 6.3.1 测量设备 不符合程度: 主要不符合; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) 靳永波 陪同人员(签名) 陈朋 企业部门代表(签名) 徐凤茹 日期: 2021 年 12 月 25 日			
纠正措施: 及时将测量设备台账中该设备的管理状态按实际管理情况进行及时更新, 并举一反三, 查找类似问题, 进行一并整改 企业部门代表签名: 徐凤茹 审核员签名: 靳永波			
纠正措施完成情况: 全部整改完毕, 纠正措施有效。 审核组代表签名: 靳永波 日期: 2021.12.25			

可另附页