



编号: 0288-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	山东海临实业有限责任公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 张文文	
不符合事实描述: 查出厂编号 15090012 的绝缘电阻表, 已粘贴停用标识。查《测量设备台账》上 “使用状态” 一栏未标注 “停用”。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003/ISO10012-2003 标准 “6.3.1 测量设备”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>郭永强</u> 陪同人员(签名) <u>张子子</u> 企业部门代表(签名) <u>赵尽晖</u> 日期: 2022 年 1 月 22 日			
纠正措施: 立即将测量设备台账上“使用状态”更改为停用, 并举一反三查找类似问题一并整改。 企业部门代表签名: <u>赵尽晖</u> 审核员签名: <u>郭永强</u>			
纠正措施完成情况: 主要问题的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>郭永强</u> 日期: <u>2022.1.22</u>			

可另附页