



编号: 0257-2019-2021

不符合项报告

企业名称:	东营市远信电器与技术有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部		陪同人员: 张文	
不符合事实描述: 查生产现场使用的规格型号为 WLB-LD100-E, 编号 11907226 的电磁流量计, 没有计量确认。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 7.1.1 总则。</u> 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 <u>√</u> ____; 审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>张文</u> 企业部门代表(签名) <u>张福来</u> 日期: 2021. 12. 29			
纠正措施: 1 将规格型号为 WLB-LD100-E, 编号 11907226 的电磁流量计停止使用。计量确认合格后投入使用。 2 组织相关人员培训, 对标准条款的理解, 以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。 企业部门代表签名: <u>张福来</u> 审核员签名: <u>姜丽</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名: <u>姜丽</u> 日期: 2021. 12. 29			

可另附页