



测量设备溯源抽查表

编号: 0033-2021-2021

企业名称	山东万昌舜环保科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	百分表测厚规	01	(0-20) mm	$\pm 0.015\text{mm}$ $U=0.0067\text{mm}$, $k=2$	厚度表校准装置: 4 等	德州市产品质量标准计量研究院	2021.11.17	√
质检部	外径千分尺	18067770	(0-25) mm	$\pm 0.004\text{mm}$	测微量具检定装置: 4 等、3 等	德州市产品质量标准计量研究院	2021.11.17	√
质检部	游标卡尺	K3212133	(0-150) mm	$\pm 0.03\text{mm}$	卡尺量具检定装置: 4 等、3 等	德州市产品质量标准计量研究院	2021.11.17	√
质检部	液晶显示电子万能试验机	18106	WDS-20	1 级	试验机检定装置: 0.3 级	德州市产品质量标准计量研究院	2021.12.02	√
质检部	电子天平	00130	JAI003	II级	砝码组标准装置: F1 等级、E2 等级	德州市产品质量标准计量研究院	2021.12.08	√

审核综合意见:

公司已制定了《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托德州市产品质量标准计量研究院进行检定/校准，检定/校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 12 月 27 日上午~2021 年 12 月 27 日下午

审核员签字:

刘爱华

部门代表签字:

陈俊青