



编号: 0033-2021-2021

不符合项报告

企业名称:	山东万昌舜环保科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 张静静	
不符合事实描述: 查质检部实验室, 未提供出 2021 年 12 月 17 日的环境温湿度记录。 不符合认证审核准则条款号: 6.3.2 环境 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>张静静</u> 企业部门代表(签名) <u>徐俊青</u> 日期: 2012 年 12 月 27 日			
纠正措施: 1. 及时对实验室的环境温湿度进行记录. 2. 举一反三, 全面检查, 发现类似问题, 一并解决. 企业部门代表签名: <u>徐俊青</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施可行</u> 审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: <u>2021 年 12 月 27 日</u>			

可另附页