



编号：1132-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
计量部	标准热电偶	S19-1-2654	S 型	二等	一等	宁夏计量质量检验检测研究院	2021 年 04 月 06 日	√
计量部	自动轨道衡	CWY2018027	ZGU-100-TGY	1 级	$\pm 1.5 \times 10^{-4} \sim \pm 13.0 \times 10^{-4}$	国家轨道衡计量站	2021 年 10 月 25 日	√
计量部	量块	93-2098	(10~291.8) mm	5 等	4 等	宁夏计量质量检验检测研究院	2021 年 04 月 21 日	√
油品部	刮板流量计	P644651050	LJA10-S6	0.2	$\pm 0.032\%$, $K=2$	国家石油天然气大流量计量站	2021 年 09 月 14 日	√
炼油一部	可燃气体检测报警仪	19840034	ALTAIR 4X	$\pm 5\%FS$	$U_{rel}=2.2\%(k=2)$	宁夏计量质量检验检测研究院	2021 年 06 月 17 日	√
化肥一部	电磁流量计	E210D019000	50W4H-HL091BN6AAAW	1.5%	$U_r=0.5\%, K=2$	宁夏睿星力衡计量检测中心	2021 年 08 月 13 日	√
化工三部	电磁流量计	06100915	8705TSA120C1WONORO5	1.0 级	$U_r=0.5\%, K=2$	宁夏睿星力衡计量检测中心	2021 年 08 月 13 日	√
储运部	电子汽车衡	Q01336-6HP(6)	SCS-80	III级	M1 等级	宁夏计量质量检验检测研究院	2021 年 10 月 26 日	√
储运部	电子汽车衡	Q00494-6DCP(1)	SCS-100	III级	M1 等级	宁夏计量质量检验检测研究院	2021 年 10 月 26 日	√

审核综合意见：

（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）
公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司已建最高计量标准 11 项，测量设备由计量部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托宁夏计量质量检验检测研究院、宁夏睿星力衡计量检测中心、国家石油天然气大流量计量站等机构检定/校准，校准/检定证书由计量部保存。随机抽查 9 台计量设备证书信息，中国石油宁夏石化公司计量部按周期送检，检定证书、设备台帐、设备的实物信息一致，且都在有效期内，测量设备量值溯源真实有效，符合规定要求。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2022 年 3 月 7 日~3 月 10 日

审核员签字：

周军、孙晓晶、柳晓霞

部门代表签字：

周国元

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。