


附件 3: 高度控制测量过程有效性确认报告 CRECSH-JR-28

单位/部门: 工程质量检测中心

记录编号: 2021-01

测量过程名称		洛氏硬度	测量项目	HRA、HRB、HRC
测量过程计量要求		$\pm 1.8\text{HRA}$ 、 $\pm 2.4\text{HRB}$ 、 $\pm 1.8\text{HRC}$		
测量过程规范要求	主要测量设备	HR-150A 洛氏硬度仪		
	测量程序	GB/T230.1-2018		
	环境条件	温度 $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$		
	测量软件	无		
	操作者能力	持证上岗		
	其他影响量	无		
测量不确定度		$U_{\text{HRA}} = \pm 1.0\text{HRA}$, $K=2$; $U_{\text{HRB}} = \pm 1.5\text{HRB}$, $K=2$; $U_{\text{HRC}} = \pm 0.5\text{HRC}$, $K=2$;		
有效性确认结果		合格		
确认记录 确认合格, 允许使用。				
确认人: 		日期: 2021.1.10		