

附件5:

平面高度控制测量过程监控记录

单位：上海工程局集团有限公司城轨分公司上海嘉闵线19标

CRECSZ-JR-28


测量过程名称		精密导线网 (平面控制测量)	测量地点	嘉闵线19标
测量设备名称		全站仪TS09PLUS	出厂编号	1368491
监控间隔		确认间隔/2	监控方法	核查
测量过程的计量要求		测角	±3.00"	
		测距	±1.00"	

检查记录

日期	标准值	实测值				均值	记录人
		1	1	2	1		
2021/9/16	±3.00"	1	1	2	1	1.25	韦志奇
2021/9/16	±1.00"	0.6	0.2	0.5	0.4	0.43	韦志奇
2021/10/11	±3.00"	2	1	1	0	1.00	韦志奇
2021/10/11	±1.00"	0.3	0.1	0.4	0.1	0.23	韦志奇

趋势图:

趋势图:



编制/日期

期 年終. 2021.10-11

复核/日期

11.01.12 2012

附件5:

高程高度控制测量过程监控记录

单位: 上海工程局集团有限公司城轨分公司上海嘉闵线19标


CRECSZ-JR-28

测量过程名称	二等水准网 (高程控制测量)	测量地点	嘉闵线19标
测量设备名称	水准仪DINI03	出厂编号	745443
监控间隔	确认间隔/2	监控方法	核查
测量过程的计量要求	$\pm 5.0''$		

检查记录

日期	标准值	实测值				均值	记录人
2021/9/16	$\pm 5.00''$	0.8	0.6	0.6	-0.3	0.43	韦志奇
2021/10/11	$\pm 5.00''$	0.4	0.4	0.8	-0.4	0.30	韦志奇

趋势图:



编制/日期 韦志奇 2021.10.11

复核/日期 韦志奇 2021.10.11