



编号: 1314-2021

不符合项报告

企业名称: 中铁上海工程局集团有限公司	中铁上海工程局集团有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 中心实验室		陪同人员: 鲁良武	
不符合事实描述: 查编号为 301106 分光光度计的校准证书 (HF21AX037490165), 于 2021. 11. 27 由安徽华方计量科技有限公司校准, 但未提供其计量特性是否满足计量要求的校准证书。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19002-2003, 7.1 不符合程度: 主要不符合 ☒; 次要不符合 ☐; 审核员(签名) 张瑞 陪同人员(签名) 高伟年 企业部门代表(签名) 王明 日期: 2021. 12. 26			
纠正措施: 由于分光光度计校准证书返回较晚, 导致计量工作存在滞后情况。依据测量过程 GB/T 176-2017 分光光度计计量要求, 对校正结果进行比对确认, 经确认满足测量过程中计量要求。 企业部门代表签名: 高伟年 审核员签名: 张瑞			
纠正措施完成情况: 张瑞要求对比确认, 经对比, 不符合项关闭。 审核组代表签名: 高伟年 日期: 2022. 1. 4.			

可另附页