



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表 (07 版)

编号: 1335-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	天纺标 (广东) 检测科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
检测部	恒温水浴锅	TTTS-G-SB-053A	KDK-98-II	$\pm 2.0^{\circ}\text{C}$	温湿度试验设备自动检定系统 MPE $\pm 0.03\%$	佛山市质量计量监督检测中心	2021.9.27	√
检测部	气象色谱-质谱联用仪	TTTS-G-SB-047B	7820A/9577 B MSD	峰面积重复性 5.1%	异辛烷中硬脂酸甲酯溶液标准物质 $U_{\text{rel}}=2\%(k=2)$	佛山市质量计量监督检测中心	2021.9.27	√
检测部	可见分光光度计	TTTS-G-SB-013	722N	波长重复性 $\leq 3\%$	杂散光滤光片 $U_{\text{rel}}=1\%(k=2)$	佛山市质量计量监督检测中心	2021.9.27	√
检测部	织物勾丝仪	TTTS-G-SB-029A	YG518G	$U=0.05\text{mm}$ ($k=2$)	读书显微镜 $U=2.0\mu\text{m}$ ($k=2$)	佛山市质量计量监督检测中心	2021.9.27	√
检测部	圆轨迹起毛球仪	TTTS-G-SB-015A	YG502-III	$U=0.05\text{mm}$ ($k=2$)	电子数显卡尺 $U=0.01\text{mm}$ ($k=2$)	佛山市质量计量监督检测中心	2021.9.27	√
检测部	多功能电子织物强力机	TTTS-G-SB-014A (137060)	YG026MD-250	$\pm 1\%$	标准测力仪 0.3 级	佛山市质量计量监督检测中心	2021.9.27	√

审核综合意见:

公司已制定《测量设备管理程序》、《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》，公司未建计量标准，测量设备由设备部负责溯源并保管证书，公司测量设备委托佛山市质量计量监督检测中心校准，根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 12 月 20 日-21 日上午

审核员签字:

喻荣秋

部门代表签字:

符林