



测量设备溯源抽查表

企业名称	广西先得环保科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品质部	泄漏电流测试仪	36109	MS2621E	$\pm 5\%$ 电流: $U_{rel}=1.8\%, k=2$	数字万用表 $U_{rel}=0.010\%, k=2$	深圳天溯计量检测股份有限公司	2021.01.28	√
品质部	数显卡尺	SH111225 24	(0~300)mm	$\pm 0.01\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}, k=2$	量块 5 等	深圳天溯计量检测股份有限公司	2021.01.28	√
生产部	电子天平	021751	EST110-4 B	e: $\pm 100\text{mg}$ d: $\pm 10\text{mg}$ $U=0.04\text{g}, k=2$	砝码 1mg~500g, E2 级	深圳天溯计量检测股份有限公司	2021.03.25	√
生产部	电子天平	Z20212-A 132519	ESJ110-4 B	e: $\pm 1\text{mg}$ d: $\pm 0.1\text{mg}$ $U=0.4\text{mg}, k=2$	砝码 1mg~500g, E2 级	深圳天溯计量检测股份有限公司	2021.01.27	√
品质部	数显卡尺	S1804027 24	(0~150)mm	$\pm 0.01\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}, k=2$	量块 5 等	深圳天溯计量检测股份有限公司	2021.01.28	√
生产部	绝缘电阻测试仪	14161	M2675D	绝缘电阻: $\pm 5\%$ $U_{rel}=2.6\%, k=2$ 耐电压: $U_{rel}=1.2\%, k=2$ 时间: $U_{rel}=1.7\%, k=2$	绝缘电阻表检定装置 0.1 级	深圳天溯计量检测股份有限公司	2021.01.28	√
生产部	指针式温湿度计	JHYQ-W SQ-01	THB9392	$\pm 1\text{hPa}$, $\pm 1\text{C}$, $\pm 2\%\text{RH}$ 温度: $U=0.6\text{C}$, $k=2$ 湿度: $1.8\%\text{RH}$, $k=2$	精密露点仪 (0-50) $^{\circ}\text{C}$, 2 级	深圳天溯计量检测股份有限公司	2021.01.28	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《测量设备溯源管理程序》,公司未建最高计量标准,测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司机构检定/校准,校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 1 月 6 日上午~1 月 7 日下午

审核员签字: 刘杰

部门代表签字: 刘杰