

编号: 0105-2017

不符合项报告

企业名称:	大庆市海兴石油科技发展有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量技术部		陪同人员: 庞忠辉	
不符合事实描述: 企业质量技术部在用的编号为 HX-001 外径千分尺 (50-75) mm 没有纳入测量设备台账中管理不符合 GB/T190222-2003 条款 6.3.1 测量设备要求 不符合认证审核准则条款号: 不符合程度: GB/T190222-2003 条款 6.3.1 测量设备 主要不符合____; 次要不符合___√___; 审核员(签名) <u>王磊</u> 陪同人员(签名) <u>庞忠辉</u> 企业部门代表(签名) <u>张义</u> 日期: 2021.12.17			
纠正措施: 1. 立即将该设备纳入台账中管理. 2. 举一反三, 对其他部门进行检查, 杜绝类似问题的发生. 企业部门代表签名: <u>张义</u> 审核员签名: <u>王磊</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施经审核合格, 符合要求 同意关闭. 审核组代表签名: <u>王磊</u> 日期: 2021.12.27			

可另附页