



编号: 0003-2019-2021

不符合项报告

企业名称:	江天科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 采购部		陪同人员: 尹昊	
不符合事实描述: 企业没有对测量设备检定校准服务供方《深圳中电计量测试技术有限公司》进行合格供方评价。 不符合 GB/T19022-2003 标准的 6.4 供方评价条款。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准的 6.4 供方评价 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合__√__; 审核员(签名) <u>王明和</u> 陪同人员(签名) <u>尹昊</u> 企业部门代表(签名) <u>王明和</u> 日期: 2021. 12. 28			
纠正措施: 1. 立即对《深圳中电计量测试技术有限公司》进行评估。 2. 杜绝类似问题发生。 企业部门代表签名: <u>王明和</u> 审核员签名: <u>王明和</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已完成, 符合要求, 同意关闭 审核组代表签名: <u>王明和</u> 日期: 2021. 12. 28			

可另附页