



测量设备溯源抽查表

编号: 0289-2020-2021

企业名称	成都多贝石油工程技术有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部/生产车间	外径千分尺	170605	(0-25) mm	$U=1.0\mu\text{m}, k=2$	平面平晶 1 级 平行平晶 1 级 量块 4 等	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.12.31	√
质检技术部	深度千分尺	1859865	(0-100) mm	$U=2.0\mu\text{m}, k=2$	平面平晶 1 级 平行平晶 1 级 量块 4 等	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.12.31	√
生产部/生产车间	绝缘电阻测试仪	C 191849138	UT501A	DCV: $U_{rel}=0.62\%$ IR: $U_{rel}=0.5\%$ $K=2$	可调式高阻箱 $U_{rel}=0.06\%$ $K=2$	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.12.31	√
生产部/生产车间	万用表	45123824WS	FLUKE 15B+	DCV: $U_{rel}=0.02\%$ DCI: $U_{rel}=0.02\%$ ACV: $U_{rel}=0.16\%$ ACI: $U_{rel}=0.19\%$ $k=2$	多功能校准源: 电压: (0-1000V) $\pm(0.05-0.1)\%$	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.12.31	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建立最高计量标准, 测量设备由质检技术部负责溯源。公司共有 9 件测量设备, 全部委托深圳华科计量检测技术有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由质检技术部保存。根据抽查情况, 测量设备 2021 年送检工作正在实施中证书尚未收到, 旧证书有效期至审核当天 2021 年 12 月 30 日), 该公司的校准情况基本符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 12 月 30 日

审核员签字:

杨松

部门代表签字:

彭义升

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。