



编号: 1342-2021-A

不符合项报告

企业名称:	滁州微秒精密机械有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量管理部		陪同人员: 徐明明	
不符合事实描述: 查质量管理部检测现场, 设备编号为 B07580 外径千分尺已经检定并已进行计量确认, 未粘贴计量确认标识。 不符合认证审核准则条款号: 6.2.4 标识 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>解存存</u> 陪同人员(签名) <u>徐明明</u> 企业部门代表(签名) <u>徐明明</u> 日期: 2021 年 12 月 24 日			
纠正措施: 1. 对 B07580 外径千分尺进行粘贴计量确认标识, 2. 举一反三, 检查其他测量设备如有问题一并解决。 企业部门代表签名: <u>徐明明</u> 审核员签名: <u>解存存</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施可行</u> 审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: <u>2021 年 12 月 24 日</u>			

可另附页