



测量设备溯源抽查表

企业名称	大庆高新技术产业开发区景宏钻采技术开发有限公司/ 黑龙江景宏石油设备制造有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
顶驱装配分厂	压力变送器	17082010	(0-200)MPa	0.15%FS k=2	标准压力表 0.02 级	辽宁众呈检测有限公司	221.9.30	√
顶驱机加分厂	深度游标卡尺	013170	500	±0.02mm	量块/10~291.8mm/4 等、平板/1600*1000mm/0 级	辽宁众呈检测有限公司	2021.4.29	√
顶驱机加分厂	内径百分表	7069450 头 1718497 杆	18-35	±0.01mm	电动型光栅式指示表检定仪/0-50mm/MPEV:6 μm/50mm	辽宁众呈检测有限公司	2021.6.29	√
顶驱机加工分厂	深度游标卡尺	13013268	300	±0.02mm	量块/10~291.8mm/4 等、平板/1600*1000mm/0 级	辽宁众呈检测有限公司	2021.4.29	√
顶驱机加工分厂	内沟槽卡尺	C1207300596	0-150	±0.02mm	量块/10~291.8mm/4 等	辽宁众呈检测有限公司	2021.4.29	√
螺杆泵分厂	深度游标卡尺	0042	200	±0.02mm	量块/10~291.8mm/4 等、平板/1600*1000mm/0 级	辽宁众呈检测有限公司	2021.4.29	√
顶驱机加分厂	磁粉探伤仪	18021	STC-1B	≤49N	提升力试块/49N/M1 级	中车齐齐哈尔车辆有限公司检测中心	2021.07.21	√
顶驱装配分厂	里氏硬度块	1501-015	HL	794HLD	维氏硬度块检定装置/5-1000HV/工作基准	北京长城计量测试技术研究院	2021.09.23	√
装配分厂	压力表	1541	YTN-60	1.6 级	数字压力计/0-60MPa/MPE:±0.05%FS	河北中测计量检测有限公司	2021.11.26	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司(未)建最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托辽宁众呈检测有限公司、中车齐齐哈尔车辆有限公司检测中心及北京长城计量测试技术研究所河北中测计量检测有限公司 15 家机构检定/校准, 校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表 (07 版)

审核日期: 2021 年 12 月 27 日~12 月 28 日

审核员签字:

李政阳

部门代表签字:

2021.12.28

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。