



测量设备溯源抽查表

编号: 0146-2018-2022

企业名称	佛山市英辉铝型材有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号/ 型号规格	测量设备 准确度等 级	测量标准装置 准确度等级	检定/校准机构	检定/校准 日期	符合否
质检部	直读光谱仪	MAXx	B 级	铝合金成分标准 1~5 纯铝 U= (0.0002~0.003) %	佛山市质量计量 监督检测中心	2021-04-06	√
质检部	电子天平	BS224S	I 级	砝码 E2 等级	佛山市质量计量 监督检测中心	2021-06-01	√
质检部	智能型盐雾试验机	LX-90A	U=0.2℃ (k=2)	多点温湿度测试仪 (WDT-ZCY) 0.05 级	佛山市质量计量 监督检测中心	2021-04-14	√
质检部	外径千分尺	(0~25) mm 分度 值: 0.01mm	U=2.5 μm (k=2)	数显量仪测力仪 0.5 级 平行平晶 平面 度; U=0.01 μm (k=2) 平行度: U=0.4 μm (k=2) 量块 5 等 3 级 杠杆千分表 1 级 刀口尺 直线度 MPE: ≤ 1.0 μm	佛山市质量计量 监督检测中心	2021-06-01	√
生产部	电子汽车衡	SCS-120	III 级	砝码 M2 等级 砝码 M1 等级	佛山市质量计量 监督检测中心	2021-09-24	√
生产部	压力表	Y-100 (0~1.6)MPa2	1.6 级	活塞式压力计 0158/YU-60C 0.05 级	佛山市质量计量 监督检测中心	2021-09-13	√
质检部	电子万能材料试验机	GH-WDW100	1 级	高度游标卡尺 (0~ 500mm) 0.02mm 分度 电子秒表 (DM1-103 分度 值 0.01s 标准测力仪 (G3M2C-100kN) 0.3 级	佛山市质量计量 监督检测中心	2021-04-14	√
质检部	紫外线加速老化试验机	GH-QUV-Q8	0.05 级	多点温湿度测试 (WDT-2CY) 0.05 级	佛山市质量计量 监督检测中心	2021-04-13	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《测量设备溯源管理程序》,公司(未)建最高计量标准,测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托佛山市质量计量监督检测中心等机构检定/校准,校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 03 月 10 日 审核员签字:

印相臣

部门代表签字:

陈亮

说明:“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。