计量确认记录

编号: R-7.1/01

单位: 佛山市英辉铝型材有限公司

部门/车间: 质检部

	设备名称	电子天平	使用地	点	质检部			
出厂编号		23091823	制造厂		赛多利斯科学 仪器(北京)	型号规	格 BS224S	
					有限公司			
内部编号			设备类别		☑ A类 □ B类 □ C类			
计量确认记录								
	检定/校准单位	佛山市质量计量监督检测中心						
检定/校准结果	检定/校准依据	JJG 1036-2008《电子天平规程》						
	检定/校准环境	常温						
	检定/校准日期	2021年06月	月 01 日		检定/校准人		黄宇亮	
	证书编号	SZL21060001		检	金定/校准周期(月) 一		一年	
	检定/校准	测量范围	最小	分度值)度值 准确度		等级/最大误差	
	结果	(0.01-220) g	0.0	001g			级	
计量要求		测量范围	最小分度值		准确度等级/最大允许误差			
		(0-220) g	_		I级		级	
		确认间隔	一年	仮	使用环境条件	常温		
计量验证		☑ 符合 □ 不符合要求						
		如不符合要求,请描述不符合事实:						
		验证/日期: 龙坑 2021. 10. 04 审核/日期: 广流 2021. 10. 04						
	标识	☑ 合格 □ 限月	1 合格 □ 限用 □ 停用					

说明: 当验证不合格时,由专职或兼职计量员填写本记录,部门负责人审核,一式一份。保存期限为2年(C类测量设备的计量确认记录必须永久保存)。