



测量设备溯源抽查表

编号: 0086-2017-2021

企业名称		广州柏诚智能科技有限公司				审核员	邱柏臣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	电子秤	01	IW-150	III级	M1 等级砝码	广东省计量科学研究院	2021/3/15	√
生产部	计量仪表检定装置	201606-01	BCRNB13 DN15~DN40	热水流量标准装置扩展不确定度: $U_{rel}=0.5\%, k=2$ 温度检定装置扩展不确定度 $U_{rel}=0.5^\circ\text{C}, k=2$ 热量计算检定装置扩展不确定度 $U_{rel}=0. \%, k=2$	电子秒表 $\pm 0.5\text{s/d}$	广东省计量科学研究院	2021/4/08	√
生产部	电磁流量计	724312H3 93N1D712 5758	7ME6110 2RA101A AZ7ME69 202CA10 1AA0	0.5 级	水流量标准装置 0.05 级 密度计 0.2kg/m^3	广州能源检测研究院	2020/3/34	√
生产部	压力表	3370	-	1.6 级	数字压力表 0.05 级	广州市番禺质量技术监督检测所	2021/12/06	√
生产部	自校式铂电阻数字测温仪	J07-05	NIM-JC-J1	$t=0.06^\circ\text{C} (k=2)$	标准铂电阻温度计 二等	广东省计量科学研究院	2021-11-04	√
生产部	制冷恒温槽	2553	RTS-0A	$t=0.006^\circ\text{C} (k=2)$	标准铂电阻温度计 二等 标准铂电阻温度计 二等标准 高精度数字温度计 允差: $\pm 0.0008\%$ MPE: $\pm 0.0008\%$	广东省计量科学研究院	2021-03-15	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托广东省计量科学研究院、广州广电计量检测股份有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由品管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 01 月 12 日

审核员签字: 邱柏臣

部门代表签字:

林树强