



计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	0.2s 级三相电能表基本误差 检验过程		被测参数要求(含公差)	±0.2%	
被测参数要求识别依据文件			JJG596-2012 《电子式交流电能表检定规程》		
计量要求导出方法 (可另附) $T = \pm 0.2\%$ 测量过程计量要求: $U_{允} = T_{单侧} / 3 = 0.067\%$ 测量设备计量要求: 计量器具出厂需按检定规程执行检定。按照 JJG596-2012 6.2.2 的要求, 检定装置的准确度等级要求如下: 0.2s 级电能表出厂检定装置准确度等级满足 0.05 级即可。					
计量校准过程	测量设备名称	型号规格	设备特性 (示值误差等)	校准证书 编号	校准有效期
	三相电能表检定装置 (0.02 级)	ZVE3-30+PCS400.3	0.02 级	DBN202100191	2021 年 4 月 01 日
计量验证记录 测量设备经检定合格, 准确度等级小于检定规程要求的准确度等级, 符合计量要求。 验证结论: <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺陷 <input type="checkbox"/> 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项)					
验证人员签字: 袁星		验证日期: 2021.11.19			
审核记录: 审核人员意见: 按产品要求导出了过程允许不确定度和设备准确度等级, 被测参数要求识别已代表了顾客的要求, 过程允许不确定度导出方法正确, 已经按照检定规程识别该过程所需检定装置的准确度等级。测量设备已经经过检定, 验证合格, 满足计量要求。					
审核员签字: 邵梅臣					
受审核方代表签字: 李		审核日期: 2022.01.07			