



测量设备溯源抽查表

编号: 0137-2018-2021

企业名称 四川蓝剑饮品集团有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术中心 (唯怡南区)	化学需氧量(COD)在线自动监测仪	61260540	CODcr	10%	CODcr 溶液标准物质 $U_{rel}=1\%, k=2$	德阳市计量测试所	2021.05.29	√
技术中心 (唯怡西区)	手持糖量(含量)计	0412434	A-458	5.0%	标准蔗糖溶液 $U=1.0\%, k=2$	德阳市计量测试所	2021.05.25	√
技术中心 (唯怡西区)	手持糖量(含量)计	0463074	A-458	5.0%	标准蔗糖溶液 $U=1.0\%, k=2$	德阳市计量测试所	2021.05.25	√
技术中心	酸度计	07126662	PHS-25	0.01 级	酸度计检定仪 0.0006 级	德阳市计量测试所	2021.05.25	√
四川蓝剑荃华山矿泉水有限公司	酸度计	1010005	PHS-3C	0.01 级	酸度计检定仪 0.0006 级	德阳市计量测试所	2021.05.25	√
四川蓝剑荃华山矿泉水有限公司	酸度计	C025582932	FE28	0.01 级	酸度计检定仪 0.0006 级	什邡市计量检定测试所	2021.5.25	√
四川蓝剑荃华山矿泉水有限公司	紫外分光光度计	A11484931265CS	UV-1800	A 段 II 级	紫外可见光透射比标准滤光片 $U_{rel}=0.37\%, k=2$	德阳市计量测试所	2021.5.25	√
技术中心	精密压力表	63644	YB150(0-0.06)Mpa	$\pm 0.4\%$ 级	智能数字压力校验仪 0.02 级	德阳市计量测试所	2021.10.21	√
技术中心 (唯怡南区)	高度卡尺	0705044	(0-300)mm	± 0.04 mm	5 等量块	四川重大技术装备几何量计量站	2021.10.28	√
技术中心 (唯怡南区)	氨氮在线监测仪	EPATN-140707097	KT-0921	$U_{rel}=4\%, k=2$	水中氨氮溶液标准物质 $U_{rel}=1\%, k=2$	四川中衡计量检测技术有限公司	2021.7.23	√
技术中心	声级计	19E209137	AS-K8	$U=0.6$ dB, $k=2$	声校准器 $U=0.15$ dB, $k=2$	中国测试技术研究院	2021.7.19	√



审核综合意见:

公司已建立了计量标准一项。测量设备由技术中心负责溯源。测量设备全部送至什邡市计量检定测试所 (计量检定机构授权证书号: (德市) 法计 (2016) 10605 号)、德阳市计量测试所 (计量检定机构授权证书号: (川) 法计 (2019) 10601 号)、四川中衡计量检测技术有限公司 (机构注册号: CNAS L11776)、四川重大技术装备几何量计量站 (计量检定机构授权证书号: (川) 法计 (2020) 13701 号)、中国测试技术研究院 (机构注册号: CNAS L0893) 行了检定、校准。抽查了 8 台件测量设备, 符合量值溯源性管理的要求。校准/检定证书由技术中心保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 01 月 04 日 上午至 01 月 04 日 下午

审核员签字: 梁明海

部门代表签字: 江万松