



编号: 0060-2021-2021

不符合项报告

企业名称:	胜利阀门有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部		陪同人员: 吴振坤	
不符合事实描述: 检查生产车间现场在用的编号 21010, OCS-5t 的 III 级电子吊钩秤, 未列入《测量设备台帐》按体系要求进行管理。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022:2003 标准 6.3.1 条款要求。 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ____√; 审核员(签名) <u>吴素平</u> 陪同人员(签名) <u>吴振坤</u> 企业部门代表(签名) <u>杨刚保</u> 日期: 2022.01.10			
纠正措施: 1. 相关人员将编号 21010, OCS-5t 的 III 级电子吊钩秤点检, 并列入公司《测量设备台帐》, 按体系要求进行管理。 2. 举一反三将现场在用测量设备有无类似情况一并纠正。 企业部门代表签名: <u>杨刚保</u> 审核员签名: <u>吴素平</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴素平</u> 日期: 2022.01.10			

可另附页

