



测量设备溯源抽查表

编号: 0244-2019-2021

企业名称 江西铜业股份有限公司 (贵溪冶炼厂)								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量计量部	电子平台秤	15908485	SCS-5-PHC	III 级	动态公路车辆自动衡器 检定装置, M_1 等级: F_2 等级 砝码组标准 装置, F_2 等级 及以下: F_1 等 级克组砝码 标准装置, F_1 等级	江西省计量测试 研究院	2021.8.10	√
质量计量部	砝码	1-65	1000kg	M_1 等级	F_2 等级砝码组 标准装置, F_2 等级及以下: 砝码, F_2 等级	江西省计量测试 研究院	2021.8.5	√
备料车间	可燃气体检测 仪	16223304	LWDSKY20 00-Ex	$\pm 2\%FS$	可燃气体检测 报警器检 定装置, $U_{rel}=1\% k=3$	江西省计量测试 研究院	2021.12.10	√
备料车间	压力表	2017102992	(0~ 0.25) MPa	1.6 级	智能数字压 力校验仪	江西省计量测试 研究院	2021.8.13	√
动力车间	电度表	HA06060136 6-03	500	0.5 级	交直流电表 校验装置, 交 直流电压、电 流及功率相 对扩展不确 定度均为 $U_{rel}=0.05\%$ $k=2$	江铜集团 (贵溪) 冶金化工工程有 限公司	2021.12.5	√
中心化验室	离子计	62047090030	PXSJ-216	$U=0.1\%FS(k=2)$)	酸度/离子计 检定仪 0.0006 级	江西省计量测试 研究院	2021.4.15	√
中心化验室	紫外可见光 分光光度计	05000111	UV-1700A	IV 级	紫外可见分 光光度计检 定装置 波 长: $U=0.4nm$ ($k=2$); 透 射比: $U=0.3\% (k=2)$	江西省计量测试 研究院	2021.4.15	√

中心化验室	电子天平	B545680938	XSE204	I 级	砝码 E ₂ 等级	江西省计量测试研究院	2021.8.5	√
新材料车间	氨气报警器	200316603	SGA-600B-NH3	NH ₃ :U _{ref} =3%(k=2)	氮中氨气体标准物质 U _{ref} =2% k=2	江西省计量测试研究院	2021.9.16	√
安全环保部	粉尘采样器	100813	FC-2	采样流量误差 1.1%FS;采样流量稳定性 1.1%FS	粉尘采样器 检定装置 MPE: ±1.0%	江西省计量测试研究院	2021.1.5	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》, 公司建最高计量标准 8 项, 测量设备由质量计量部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托江西省计量测试研究院、江铜集团(贵溪)冶金化工工程有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由各使用单位自行保存。根据抽查情况, 设备校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 01 月 11 日~ 01 月 12 日

审核员签字:

吴承强

李小红

部门代表签字:

张鹏洲

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。