



测量设备溯源抽查表

编号: 0033-2021-2021

企业名称	河北天安电气集团有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	绝缘电阻表	15023107	ZC-7	绝缘电阻: $\pm 100\text{M}\Omega$ $U_{\text{rel}}=2.5\%, k=2$ 开路电压: $\pm 100\text{V}$ $U_{\text{rel}}=0.5\%, k=2$	数字高压表: AC: $U_{\text{rel}}=0.15\%, k=2$ DC: $U_{\text{rel}}=0.12\%, k=2$ 高阻箱: $U_{\text{rel}}=0.30\%, k=2$	东莞市帝恩检测有限公司	2021.03.08	√
质检部	漏电保护器测试仪	6077	M9000	$\pm 25.0\text{mA}$ $U_{\text{rel}}=1.0\%, k=2$	漏电开关测试仪校准装置: $U_{\text{rel}}=0.8\%\sim 0.12\%$ $k=2$	东莞市帝恩检测有限公司	2021.03.08	√
质检部	万能角度尺	0711082	(0-320)°	$\pm 2'$ $U=1', k=2$	刀口型直尺: $U=0.3\mu\text{m}, k=2$ 刀口直角尺: 0 级 角度块: 2 级	东莞市帝恩检测有限公司	2021.03.10	√
质检部	外径千分尺	050475054	(0-25) mm	$\pm 0.004\text{mm}$ $U=0.001\text{mm}, k=2$	千分尺专用量块: $U_{99}=(0.10\mu\text{m}+1\times 10^{-6}\text{L})$ $k=3$	东莞市帝恩检测有限公司	2021.03.08	√
质检部	游标卡尺	18293	(0-300) mm	$\pm 0.04\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}, k=2$	量块: 4 等	东莞市帝恩检测有限公司	2021.03.08	√

审核综合意见:

公司已制定了《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托东莞市帝恩检测有限公司进行校准，校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 01 月 04 日下午~2022 年 01 月 05 日上午

审核员签字: 刘复荣

部门代表签字: 刘新