



编号: 1379-2021

不符合项报告

企业名称:	浙江和达科技股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品质管理部		陪同人员: 倪春燕	
不符合事实描述: 查品质管理部试验室编号为 NO. PGB027 压力表 (量程 0-4MPa), 未列入测量设备台帐管理, 无检定证书或校准证书。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员 (签名) <u>初子林</u> 陪同人员 (签名) <u>倪春燕</u> 企业部门代表 (签名) <u>倪春燕</u> 日期: 2022 年 1 月 10 日			
纠正措施: 原因分析: 对 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款理解不到位, 在《测量设备台帐》中未将 NO. PGB027 压力表列入测量设备台帐管理, 未做检定或校准证书。 纠正措施: 1. 组织相关人员对 GB/T19022-2003 标准进行培训学习。 2. 将 NO. PGB027 压力表 (量程 0-4MPa) 测量列入《测量设备台帐》, 并尽快联系做校准。 3. 举一反三, 由品质管理部组织开展自查, 查看是否还存在类似不符问题并整改。 企业部门代表签名: <u>倪春燕</u> 审核员签名: <u>初子林</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施有效, 验证合格。</u> 审核组代表签名: <u>张</u> 日期: <u>2022.1.10</u>			

可另附页