



编号: 1379-2021

不符合项报告

企业名称:	浙江和达科技股份有限公司	不符合报告编号:	03
受审核部门: 品质管理部		陪同人员: 倪春燕	
不符合事实描述: 查编号为 NO. PGB027 温度计 (量程 0-50℃) 无计量确认标识。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>杨子林</u> 陪同人员(签名) <u>倪春燕</u> 企业部门代表(签名) <u>倪春燕</u> 日期: 2022 年 1 月 10 日			
纠正措施: 原因分析: 对 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款理解不到位, 未对 NO. PGB027 温度计 (量程 0-50℃) 进行计量确认并标识。 纠正措施: 1. 组织相关部门人员对 GB/T19022-2003 标准进行培训学习。 2. 按标准要求对温度计进行校准, 并粘贴计量确认标识。 3. 举一反三, 由品质管理部组织开展自查, 查看是否还存在类似不符问题一并整改。 企业部门代表签名: <u>倪春燕</u> 审核员签名: <u>杨子林</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施有效, 经验证合格。</u> 审核组代表签名: <u>杨子林</u> 日期: <u>2022.1.10</u>			

可另附页